

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 तहत कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) EQUIPMENT उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/संवेदकों से निम्नानुसार ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	Tender for equipment	1010000	20200
	निविदा शुल्क	500	—
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees)	500	—

ई-निविदा कार्यक्रम

1.	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	09.10.2024	दोपहर 12.00 बजे
2.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	09.10.2024	दोपहर 12.00 बजे
3.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	23.10.2024	10.00 A.M.
4.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क चालान (RISL Processing Fees) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	23.10.2024	10.30 A.M.
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	23.10.2024	11.30 A.M.
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा में सफल संवेदकों को बाद में सूचित किया जायेगा	

ऑन-लाईन बिडिंग के लिए निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 23.10.2024 10.30 A.M. तक निविदा शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) के नाम देय हों तथा ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/- रुपये ई-ग्रास के माध्यम से चालान जमा करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।



प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

तकनीकी बिड (स्टेज-1)

विषय:- **EQUIPMENT** उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-.....
.....निविदादाता /फर्म/संवेदक का फोन
एवं मोबाईल नम्बर:-.....
2. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-.....
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक:-.....
4. हम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....
दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार
किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण:-

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हों या नहीं	रजि.स.एवं वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	ई-टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 500/- जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर..... दिनांक.....राशि.....प्रस्तुत किये जाने का विवरण				
2.	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रु. 500 जमा कराने का ई-ग्रास चालान नम्बर.....दिनांक..... राशि रूपयेप्रस्तुत किये जाने का विवरण				
3.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रु.... का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर.. दिनांक..... का विवरण				
4.	पेन कार्ड (आयकर)				
5.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र				
6.	किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र				
7.	SR 11 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर				

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।

11.हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1.....

2.....

3.....

12.हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

13.हमें जानकारी है कि निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क का चालान वित्त विभाग के परिपत्र प. 6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020/09.07.2020 के अनुसार **RISL HEAD 8658-00-102-(16)-(01)** में ई-ग्रास के माध्यम से जमा करा कर चालाम की प्रमाणित प्रति तथा धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय

नामकाथाना (राज.) में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक एवं ई-ग्रास चालान की स्कैन कॉपी ई-निविदा के साथ अपलोड कर दी गयी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

CTD

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे ✓ करें)



निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/ हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

मो0 न0.-.....

नोट:-

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हों या नहीं/ उसके जारी होने की तिथि/ वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया:-
 1. परिषिष्ट (अ) तकनीकी बिड हैं तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
 2. परिषिष्ट (ब) प्राईस बिड हैं तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
 3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें



राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

(राज.)

SPECIFICATIONS FOR COLPOSCOPE

- High Definition Digital Video Colposcope with Image management System.
- Should have >1000 TV Lines std. >1200 TV Lines (Gamma On)
- Should have Full HD – 1920 x 1080 resolution
- Should have CCD Sensor – (1/3 type Exmor CMOS sensor)
- Should have aspect 16 : 9 (HD)
- The video colposcope must have magnification for min. 1x to max. 45x
- Facility to increase and decrease the light intensity
- Should have 20,00,000 no. of pixels
- Should have Full HD component output : Y pb Pr.
- Magnification indicator should be on the video colposcope.
- High MCD Super bright white shadow less LED light for true colour reproduction.
- Colour temperature should be 7000 ok, light source life should be minimum 20000 hrs.
- Auto focus range should be up to 30-40 cm.
- Facility for fast focusing, zooming, image freeze using thumb on the hand held unit itself.
- Acetic test timer and magnification indicator should be displayed on screen.
- There must be Electronic Green Filter in the hand-held unit without decrease in Illumination
- Control panel should have feather touch and water proof buttons
- Facility for Fast auto/Manual focusing
- Internal image freeze function facility
- It should be equipped with Gamma processor to enhance vascular structure
- Should be integrable to LAN and HIS
- Should be USFDA Or European CE approved.

Company should provide Colposcopy image Management software with computer with following facilities :-

- Upgradable software
- Should have facility to masking, marking and highlighting of any abnormalities.
- Image capturing while recording/playing
- Final reports with one, two, three & four images with facility to adjust height & width of images.
- Referral linked images with findings for comparison.
- Should be able to show three visits of patient on search of patient ID with display of all 3 visits simultaneously.

- Facility to save & send the report through e-mail in pdf format
- Online support facility (through internet) for software
- Colposcopy software should run on window 8 / Windows XP software

डॉ. एच. के. कटारिया
स्त्री एवं प्रसूति रोग (वरिष्ठ विशेषज्ञ)
ए. कपिल देव जिला चिकित्सालय
नीमकाथाना (राज.)

Shankar
Dr. Shankar Singh
MEDICAL OFFICER
G.H. NEEMKATHANA

Dr. A.R. KHANNA
JS GYN&E
G.H. NEEMKATHANA
राजकीय प्रोक्सी रोग विशेषज्ञ
नीमकाथाना (सीकर)
राजि. नं. 21032 मो. 88

डॉ. गुमान सिंह यादव
स्त्री एवं प्रसूति रोग & निष्पत्तिका विशेषज्ञ
नीमकाथाना (राज.)

Dr. Naveen
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
नीमकाथाना (सीकर)
राजि. नं. 21032 मो. 88

- Facility to take colposcopy images, cine loop or procedure on CD
- Software should be compatible with both desktop & Laptop, no need of separate capture card.
- Should have REID evaluation chart in tabular form.

Company has to provide Desktop Computer With:

- CPU Intel Core i5
- RAM 4 GB
- Hard Disk : 500 GB
- Window 8 Home Basic or Better
- DVD Writer
- Inkjet Printer
- Computer should be fitted in imported fibber in imported Fiber body workstation

Company should provide : 24" Flat Screen High Definition Monitor Tender –

- Equipment's for Obst. & Gynae. Department
- Should be high Definition (HD) of 24" with wide screen.
- Should have resolution of 1920x1200 (WUXGA)
- Should be fully compatible with OR video control application
- Should have surgeon specific user selectable setting
- Should have low voltage DC power input, 24V.
- Should have Class-I Medical Device Certification -
- Should have fastest response time (10-15ms)
- Should have PIP Facility
- It should consist of Multi-Modality image viewing inputs: HD-SDI, HD-RGBS/ Y,Pb Pr, DVI, VGA, S-Video Composite: Syn-On-Green.

डॉ. एच. के. कटारिया
स्त्री एवं प्रसूति रोग (वरिष्ठ विशेषज्ञ)
रा. कपिल देव जिला चिकित्सालय
नीमकाथाना, राज.।

डॉ. गुणकान्त शर्मा
स्त्री एवं प्रसूति रोग & निःसन्तानता विशेषज्ञ
रा. कपिल देव अस्पताल, नीमकाथाना
मो. 9928068750

डॉ. संजय यादव
कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)
MBBS, Ms (Ortho)
राजकीय जिला चिकित्सालय
नीमकाथाना, RMC No. 28530

डॉ. देवि प्रकाश कुमार
MBBS MS, स्त्री रोग विशेषज्ञ
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
श्री कपिल देव जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सी.के.) राज. 332713
रा. नं. 21032 मा. 8890120170


मानव वैज्ञानिक अग्रवाल
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सेडिफिकन)
राजकीय जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना
राज. नं. 28530 M. 9793781360

मानव वैज्ञानिक (गोड रेन)
राजकीय जिला चिकित्सालय, नीमकाथाना
RMC No. 23160 M. 9793751360

Dr. Shankar Singh
MEDICAL OFFICER
G.H. NEEMKATHANA

Technical Specifications for Cataract Instrument Set.			
Sr. No.	Name of Instrument.	Specifications	Material
1	Conjunctive Scissors.	Approximately 4 inch length, curved blunt tips & small blades	Titanium
2	Cornea-Scleral extension scissors (Universal)	Curved blunt tips size 4 inch	Titanium
3	Mc Pherson forceps	Approximately size 4 inch.	Titanium
4	Lim's forceps.	1 x 2 teeth.	Titanium
5	IOL Dialler - Angulated at tip	Approximately 4 inch.	Titanium
6	Baracquer Needle Holder	Without lock & curved.	Titanium
7	Silcock's Needle Holder with catch	Approximately 6 inch.	Titanium
8	Superior Rectus Holding Forceps	1 x 2 teeth Approximately 4 inch	Titanium
9	Speculum	Self-retaining with screw	Titanium
10	Anterior Capsule flap cutting Scissors.	Angled.	Titanium
11	Simcoe's irrigation Aspiration Cannula (Straight)	22C, 23G, 24G (one each) non rust coating	Titanium
12	Anterior Chamber Maintainer	20G 3mm Cannula.	Stainless Steel
13	Single port Aspiration Cannula with silicon tube	19 G, 20 G (one each)	Titanium
14	Hydro dissection Cannula Angled	Flat beveled 27G, 26G, 25C (one each)	Titanium
15	Iris Repositor.	Both ends 1mm X 10mm long & curved	Titanium
16	Wire Vectis (Serrated)	Small lens loop, 4 inch length.	Titanium
17	Lese Expresser.	Approximately 4 inch	Titanium
18	Globe Fixation Forceps.	Approximately 4 inch length, 1 x 2 teeth	Titanium
19	Bard Parker Handle.	Approximately 4 inch	Titanium
21	Instruments Box with Siliconized rubber mat.	Stainless steel Box with multiple perforations Box size should be appropriate to keep one cataract instrument set.	Titanium
22	Artery Forceps	Medium size curved.	Titanium
23	Surgical Scissors	Straight, Approximately 4 inch.	Titanium
24	Sponge holding Forceps	Medium Size.	Stainless Steel
25	Towel Clip	Medium Size.	Titanium


 Dr. Shankar Singh
 MEDICAL OFFICER
 G.H. NEEMKATHANA


 Dr. Pooja Jangid
 MEDICAL OFFICER
 G.H. NEEMKATHANA

MBBS MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ
 वरिष्ठ चिकित्सक
 राजकीय श्री जलिल देव
 नौमकाथाना (सीकर)
 रजि. नं. 1032 मं.

MBBS MS (Ortho)
 चिकित्सक, सालय
 राजकीय जिला
 नौमकाथाना, RMC No. 28530

डॉ. संजय यादव
 विशेषज्ञ (ऑर्थो)
 कनिष्ठ चिकित्सक, सालय
 राजकीय जिला
 नौमकाथाना, RMC No. 28530

26	Air Cannula	22G, 23G, 24G (One each)	Stainless Steel
27	Micro Rhexis Forceps		Titanium
28	Micro Vannas Scissors		Titanium
29	Micro Needle Holders		Titanium
30	Suture Typing Forceps	Approximately 4 inch length	Titanium
31	Wire Speculum	Adult / Pediatric size.	Titanium

Note -

1. The manufacturing company should be ISO Certified. Valid certificates should be submitted along with the tender.
2. Warranty should be 3 years on surgical instruments.
3. Stainless steel box with silicon mat should be provided mandatorily as mentioned in point no. 21



डॉ. संजय यादव
विशेषज्ञ (अस्थि)
MBBS, MS (Ortho)
कनिष्ठ चिकित्सा संस्थान
राजकीय जिला चिकित्सालय
नीमकाथाना, RMC No. 22530





डॉ. दीपेन्द्र कुमार
MBBS MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
राजकीय श्री कपिल देव जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सीकर) राज. 332713
रजि. नं. 21032 नॉ. 8890120170



Dr. Shankar Singh
MEDICAL OFFICER
G.H. NEEMKATHANA


L. NEEMKATHANA
MEDICAL OFFICER
G.H. NEEMKATHANA


डॉ. सुरेश कुमार
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
राज. कपिल देव जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सीकर)


Nishu
RMC No. - 28230
कनिष्ठ चिकित्सा संस्थान
राजकीय जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सीकर)

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना
(राज.)

Specifications of Endoscopy LED Light Source

S. NO.	Technical Specification
1	LED light source with long service of more than 50,000 hours for the LED.
2	LED Light Source can be used for all endoscopic interventions.
3	It should have digital user interference for intensity control from 0 to 100% in step increment of 1%.
4	Should display total hours of usage.
5	Should have graphical display.
6	Should be compatible with Storz Instruments.
7	Should be supplied with the Fiber optic cable of length not less than 2 meters & compatible with Storz Telescope.
8	Color Temperature should be 6000K
9	Weight should not be more than 4Kgs
10	Output power should be not more that 100 watts.
11	Should be operated on 220V/50Hz
12	The light intensity should remains constant over majority of the service life
13	Should have homogeneous illumination of the endoscopic operating field with no decline in brightness.
14	The product should be ISO, CE & IEC 601-1-1, IEC 601-1-2 Approved.
15	The bidder should have a service center in Rajasthan.
16	Warranty will be 3 years from the date of installation.

डॉ. राजय यादव
विशेषज्ञ (अस्थि)
MBBS, MS (Ortho)
राजकीय जिला चिकित्सालय
नीमकाथाना, RMC No. 33530


डॉ. सत्येंद्र
रेजि. चिकित्सा अधिकारी
राज. कपिल चिकित्सालय
नीमकाथाना (सीकर)


डॉ. दीपेन्द्र कुमार
MBBS MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
राजकीय श्री कपिल देव जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सीकर) राज. 332713
रजि. नं. 21032 मो. 8890120170

Dr. Shankar Singh
MEDICAL OFFICER
GH. NEEMKATHANA

High Pressure Horizontal Autoclave


- Size Of Chamber 16" x 24" (400mm x 600mm) capacity 70 ltr
- Working pressure 15-17 PSI (Double Drum)
- Operating temperature 121 o C .
- Chamber, Door, jacket and outer cover will be made from S S 304.
- Mode of Heating : Electrical 18 KW Steam Generator.
- Door gasket silicon.
- Temp indicator : Dial type temp. meter will be provided.
- Pressure cum vacuum type gauge will be provided for gauges chamber.
- One pressure guage will be provided for jacket.
- Product should be CE Mark and IS 3829 Part -1 and bearing the certificate.
- **Warranty-3 years**


डॉ. सत्येंद्र
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
राज. कपिल चिकित्सालय
नीमकाथाना (सीकर)


डॉ. दीपक कुमार
MBBS MS, नत्र रोग विशेषज्ञ
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

राजकीय श्री कपिल देव जिला चिकित्सालय,
नीमकाथाना (सीकर) राज. 332713
रजि. नं. 21032 मो. 8890120170


डॉ. सत्येंद्र (Ortho)
कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकि. सालय
नीमकाथाना, RMC No. 28530


Dr. Shankar Singh
MEDICAL OFFICER
S.H. NEEMKATHANA

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.)
निविदा प्रपत्र-प्राईस बिड (स्टेज-2)

विषय:- **EQUIPMENT** उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता:-.....
2. निविदादाता/ फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर:-.....
3. निविदादाता का ई-मेल एड्रेस:-.....
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक:-.....
5. निविदा शुल्क की राशि.....अक्षरे.....नगर (रसीद संख्या/डी.डी/बैंकर्स चैक नं.दिनांक.....के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्यादिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. मुझे निविदा (वित्तीय बिड) के साथ संलग्न शर्तें मंजूर है।
8. **EQUIPMENT** हेतु हमारी दर निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्य/सेवा की प्रकृति	अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रति इकाई दर सभी करों सहित	कुल राशि(प्रति इकाई)
1	2	3	4	5
1	colposcope machine	1		
2	Cataract instrument set	2		
3	Endoscopy led light source	1		
4	High pressure horizontal autoclave	1		

विभागीय निर्देश:-

1. उपर्युक्त तालिका में स्तंभ संख्या 01 से 03, की पूर्तियां उपापन संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तंभ संख्या 04 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां दर्ज की जा सकेगी। स्तंभ संख्या 05 स्वतः प्रदर्शित होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील



निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विभाग को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) को प्रदत्त करते/करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

.....
मोबाइल नम्बर-.....

✓ drc.

1. ई-निविदा ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) का नीमकाथाना शाखा में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त करली जावेगी। धरोहर का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बी.सी के जरिये जमा करनी होगी।
3. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली की दरें एक समान रहने की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
4. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
5. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
6. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
7. सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
9. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
10. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध न कराने की स्थिति में निम्नानुसार शास्ति देय होगी:-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत।
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए	5 प्रतिशत।
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए	7.5 प्रतिशत।
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए	10 प्रतिशत।
12. इस कार्य हेतु राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
13. निविदा अनुमोदित होने पर सफल बोलीदाता संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा अनुमानित मूल्य के 0.25 प्रतिशत/500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा। निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर सभी खर्चों सहित होगी इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
14. निविदादाता द्वारा आपूर्ति बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार बोली स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को होगा।
15. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
16. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संघोधन आदेशों के अनुरूप आयकर(टी.डी.एस.) जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
17. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही स्थानीय न्यायालयों में ही होगी।
18. निविदादाता भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।




19. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड 1 भाग 2 नियम 68 एसआर 15 के आवश्यक प्रावधान इस निविदा में शामिल होंगे।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।
21. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (राज.) में ली जाएगी।
22. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।
23. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।
24. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा नियत समय (1 माह) के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
25. निविदा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तों के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही नीमकाथाना न्यायालय में ही होगी।
26. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
27. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।
28. वसूलियां :-परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।
29. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मर्दों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
30. तकनीकी दस्तावेज में सफल निविदादाताओं को चिकित्सालय द्वारा सुचित किये जाने पर चिकित्सालय में मशीन भौतिक रूप से उपलब्ध करवानी होगी जिसकी तकनीक समिति द्वारा जांच की जाएगी तथा तकनीकी रूप से सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
31. निविदा दाता को चिकित्सालय द्वारा निर्धारित समय में, स्वयं के खर्च पर मशीन चिकित्सालय में भौतिक रूप से उपलब्ध करवानी होगी।



32. चिकित्सालय द्वारा निर्धारित समय में मशीन तकनीकी समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं करवाने वाले निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

दिनांक:- 08/10/2024


प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 32 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता